Sora SCIENTIFIC

CERTIFICADO DE ANÁLISE

DOCUMENTO	REVISÃO	EMISSÃO
COA-SM-00422-0926-0559	01	26/10/2026

MEIO DE CULTURA DESIDRATADO

Caldo Infusão Cérebro e Coração (BHI)

LOTE CONFORME

CÓDIGO	LOTE	EMBALAGEM	VALIDADE
SM-00422	0926/0559	500 g	08/2031

ANÁLISE DE LIBERAÇÃO: 16/10/2026

EMISSÃO DO CERTIFICADO: 26/10/2026

01 MEIO DESIDRATADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
Cor	Creme a amarelo	**Amarelo-claro**	CONFORME
Aspecto	Pó homogêneo, de escoamento livre	**Pó homogêneo, de escoamento livre**	CONFORME

02 MEIO PREPARADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
pH (após autoclavagem/aquecimento)	7,4 ± 0,2	**7,51**	CONFORME
Cor (após autoclavagem/aquecimento)	Amarelo-claro a âmbar médio	**Âmbar médio**	CONFORME
Limpidez (após autoclavagem/aquecimento)	Límpido	**Límpido**	CONFORME

03 DESEMPENHO MICROBIOLÓGICO

Características culturais observadas após 24–48 h a 35–37 °C.

MICRORGANISMO	INÓCULO (UFC)	CRESCIMENTO	RESULTADO
Enterococcus faecalis (29212)	50–100	Abundante	Conforme
Neisseria meningitidis (13090)	50–100	Abundante	Conforme
Streptococcus pneumoniae (6303)	50–100	Abundante	Conforme
Streptococcus pyogenes (19615)	50–100	Abundante	Conforme
Candida albicans (10231)	50–100	Abundante	Conforme
Staphylococcus aureus (25923)	50–100	Abundante	Conforme

04 CONCLUSÃO

Conforme em todos os parâmetros, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos.

Os resultados acima são os do controle de qualidade de liberação do lote indicado, realizados conforme as especificações do produto. Este certificado é válido somente para o lote indicado e não deve ser reproduzido parcialmente.

Documento emitido eletronicamente; dispensa assinatura.