Sora SCIENTIFIC

CERTIFICADO DE ANÁLISE

DOCUMENTO	REVISÃO	EMISSÃO
COA-SM-01222-0926-0558	01	26/10/2026

MEIO DE CULTURA DESIDRATADO

Caldo Mueller Hinton

LOTE CONFORME

CÓDIGO	LOTE	EMBALAGEM	VALIDADE
SM-01222	0926/0558	500 g	08/2031

ANÁLISE DE LIBERAÇÃO: 14/10/2026

EMISSÃO DO CERTIFICADO: 26/10/2026

01 MEIO DESIDRATADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
Cor	Creme a amarelo	**Amarelo-claro**	CONFORME
Aspecto	Pó homogêneo, de escoamento livre	**Pó homogêneo, de escoamento livre**	CONFORME

02 MEIO PREPARADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
pH (após autoclavagem/aquecimento)	7,3 ± 0,1	**7,38**	CONFORME
Cor (após autoclavagem/aquecimento)	Âmbar-claro	**Âmbar-claro**	CONFORME
Limpidez (após autoclavagem/aquecimento)	Solução límpida	**Solução límpida**	CONFORME

03 DESEMPENHO MICROBIOLÓGICO

Características culturais observadas após incubação a 35–37 °C por 18–24 h.

MICRORGANISMO	INÓCULO (UFC)	CRESCIMENTO	RESULTADO
Escherichia coli ATCC 25922	50–100	Abundante	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 29212	50–100	Abundante	Conforme
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	50–100	Abundante	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	50–100	Abundante	Conforme

04 CONCLUSÃO

Conforme em todos os parâmetros, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos.

Os resultados acima são os do controle de qualidade de liberação do lote indicado, realizados conforme as especificações do produto. Este certificado é válido somente para o lote indicado e não deve ser reproduzido parcialmente.

Documento emitido eletronicamente; dispensa assinatura.

CNPJ 63.550.245/0001-02 · Rua Dr. João de Oliveira Mattos, 35 · Vila Santana · São Paulo/SP · 04679-280 · sora@sorascientific.com