Sora SCIENTIFIC

CERTIFICADO DE ANÁLISE

DOCUMENTO	REVISÃO	EMISSÃO
COA-SM-01529-0926-0550	01	26/10/2026

MEIO DE CULTURA DESIDRATADO

Caldo Bile Verde Brilhante 2%

LOTE CONFORME

CÓDIGO	LOTE	EMBALAGEM	VALIDADE
SM-01529	0926/0550	500 g	08/2029

ANÁLISE DE LIBERAÇÃO: 14/10/2026

EMISSÃO DO CERTIFICADO: 26/10/2026

01 MEIO DESIDRATADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
Cor	Amarelo-esverdeado	**Amarelo-esverdeado**	CONFORME
Aspecto	Pó homogêneo, de escoamento livre	**Pó homogêneo, de escoamento livre**	CONFORME

02 MEIO PREPARADO

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO	
pH (após autoclavagem/aquecimento)	7,2 ± 0,2	**7,28**	CONFORME
Cor (após autoclavagem/aquecimento)	Verde	**Verde**	CONFORME
Limpidez (após autoclavagem/aquecimento)	Límpido	**Límpido**	CONFORME

03 DESEMPENHO MICROBIOLÓGICO

Características culturais observadas após 18–48 h a 37 °C.

MICRORGANISMO	INÓCULO (UFC)	CRESCIMENTO	GÁS	RESULTADO
Bacillus cereus ATCC 10876	≥ 10^3	Inibido	—	Conforme
Enterobacter aerogenes (atual *Klebsiella aerogenes*) ATCC 13048	50–100	Abundante	Reação positiva	Conforme
Escherichia coli ATCC 25922	50–100	Abundante	Reação positiva	Conforme
Enterococcus faecalis ATCC 19433	50–100	Fraco	Reação negativa	Conforme
Staphylococcus aureus ATCC 25923	≥ 10^3	Inibido	—	Conforme

04 CONCLUSÃO

Conforme em todos os parâmetros, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos.

Os resultados acima são os do controle de qualidade de liberação do lote indicado, realizados conforme as especificações do produto. Este certificado é válido somente para o lote indicado e não deve ser reproduzido parcialmente.

Documento emitido eletronicamente; dispensa assinatura.